

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 5					
Naziv grupe: Potrošni materijal za ionski analizator segmentiranog protoka					
R. br.	Predmet nabave	Minimalni tehnički uvjeti	Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)		
			U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE	U ovu kolonu upisuje se točan podatak	Referenca na broj stranice kataloga / brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti
1	FFD6	-kompatibilno sa uređajem lonski analizator segmentiranog protoka sa spektrometrijskom detekcijom San++ proizvođača Skalar			
		-kemijski sastav: dodecil difeniloksid disulfonirana natrijeva sol			
		-pakiranje 250 ml			
2	Brij 35	-kompatibilno sa uređajem analizator segmentiranog protoka San++ proizvođača Skalar			
		-vodena otopina (30%)			
		- CAS: 9002-92-0			
		-pakiranje 250 ml			
3	Kadmij "U" kolona	-kolona za redukciju nitrata			
		-kolona punjena aktivnim kadmijem			
		-pakiranje sadrži 1 kom			

Ponuditelj

U _____, _____ 2022.
