

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

NAZIV PROIZVOĐAČA			
MODEL			
Minimalni tehnički uvjeti	Ponudene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)		
	<i>U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE</i>	<i>U ovu kolonu upisuje se točan podatak</i>	<i>Referenca na broj stranice kataloga/brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti</i>
Spray komora sa autonomnim vođenjem mlaznice i doziranjem otopine			
Uređaj mora biti opremljen sustavom automatskog pražnjenja epruvete ispiranja i ispuhivanja mlaznice			
Raspon brzine prskanja 0 do 2 km/h sa kontrolom ubrzanja i predprskanja			
Tehnologija za automatsko prepoznavanje napunjenosti retencije otpadnih tekućina			
Ekran osjetljiv na dodir			
Uređaj mora posjedovati sustav ispiranja automatski putem vodovodne mreže			
Radna mlaznica sa kutem prskanja min 90 DEG			
Sustav odsisa : min 150 m <sup>3</sup> /h			
Klasa zaštite: IP20 ili bolje			
Automatsko podizanje i spuštanje radnog stola			
Maksimalna električna disipacija ne smije prijeći 4.5 kW , monofazno			
Otvor vrata minimalno: 800 x 1000 mm			
Uređaj mora posjedovati sustav pripreme komprimiranog zraka			
Maksimalne vanjske dimenzije komore : (ŠxVxD): 1000 x 2000 x 2500mm			
Masa komore: 500kg ili manje			
Uređaj je potrebno instalirati i pustiti u rad			
Jamstvo: minimalno 12 mjeseci			

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024.

Ponuditelj

---