

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU V

Mikroskopi

NAZIV PROIZVOĐAČA	
MODEL	

Minimalni tehnički uvjeti	Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)		
	<i>U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE</i>	<i>U ovu kolonu upisuje se točan podatak</i>	<i>Referenca na broj stranice kataloga/brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti</i>
Stereo mikroskop sa izlazom za kameru			
Ukupno povećanje sustava od 8x do 40x			
Okulari sa povećanjem min. 10x, i vidnim poljem min. 23			
Radna površina minimalno D190xW160 mm			
Ugrađena LED transiluminacijska jedinica s rotirajućim i kliznim zrcalom za svijetlo polje, tamno polje i kosu transiluminaciju			
Odvojene RL/TL kontrole za uključivanje/isključivanje/zatamnivanje			
Staklena ploča D=80-90 mm, W=5-10 mm			
Dvostruki osvjetlivač s pomičnim rukama LED (2 x max.160mm)			
Adapter za kameru			
Ručno upravljano zumiranje (obostrano) sa klik-stop pozicijama			
Fiksna zaustavljanja zumiranja			
Radna udaljenost minimalno 110 mm			
Kut gledanja 45° s podesivim međuočnim razmakom			
Integrirana LED rasvjeta			
Mogućnost dodavanja predleće za ukupno povećanje sustava min. 80x			

U _____, _____ 2023.

Ponuditelj
